



Zakroczym, dnia 19.05.2025 r.
miejsce i data

Uczestnicy rozeznania rynku

Dotyczy: rozeznania rynku na planowane zamówienie dotyczące *na dostawę szkła laboratoryjnego miarowego klasy A z dnia 09.05.2025*

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ZADANE DO ROZEZNANIA RYNKU

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego dnia 09.05.2025 r. wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

„W związku z zapytaniem na dostawę szkła miarowego klasy A-zwracam się z zapytaniem odnośnie jednej pojemności kolb:

Odnośnie kolb o pojemności 50 ml- pozycje nr 3 w pkt II.5:

Wedle specyfikacji producentów szkła borokrzemianowego 3.3 lub DURAN® dla pojemności kolb miarowych 50 ml występują szlify 12/21 lub 14/23 do wyboru (nie ma szlify 10/19 przy tej pojemności kolby)

Prosimy o wskazanie szlify dla tej pojemności zamiast 10/19.

Z góry dziękuję za udzielenie odpowiedzi.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wskazuje prawidłowy szlif dla kolb o pojemności 50 ml o oznaczeniu 12/21.

W konsekwencji Zamawiający dokonuje zmiany 4-go wymagania jakościowego z opisu specyfikacji 3-ciej części przedmiotu zamówienia (Kolby miarowe o poj. 50 ml). Nowy zapis otrzymuje brzmienie „**Szlif 12/21**, korek PE lub PP”.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia treść Formularza Rozeznania Rynku ,udostępniając go mailowo oraz publikując na stronie, oraz wydłuża termin składania ofert **do 27.05.2025 r.** Zmieniana treść Formularza Rozeznania rynku uwzględnia także korektę oczywistych rozbieżności między treścią specyfikacji w punkcie II.5 i załącznika nr 1 (wszystkie zmiany oznaczone zostały kolorem).